



Laboratuvarlarınızın projesi ve tezgahları güvenilir ellerde



LABORATUVAR TEZGAH SİSTEMLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıyıcı Karkas	<ol style="list-style-type: none">4x4x1,2 cm profil borudan imal edilir. Yatay ve Dikey Ayaklar şeklindedir. Demonte olan modellerde parçalar yerinde montajlanır. Dikey ayakların altına yere uyum gösterebilen pingo ayak takılır. Boru bitişlerinde boru ölçülerinde tapalar yerleştirilir. Taşıyıcı karkas tezgah bitimlerinde; küçük ve büyük olmak koşuluyla 1,20 mm DKP demonte bitim panoları montajlanır. Tezgahlardaki oturma boşlukları karkasa uyumlu demonte edilir. Taşıyıcı karkasta arka kısımda 15 - 20 cm aralığında tesisat boşluğu bulunur. Tesisat boşluğunda uygulanacak tesisat niteliklerine haiz ölçüde, perforge 1,20 DKP yatay biçimde tezgah büyüklüğü kadar (Her ara bağlantı büyüklüğünde demonte), montajlanacak ve uygulanacak tüm tesisatlar bu tabla üzerine uygulanır. Taşıyıcı arka ayaklarda sisteme demonte olarak yerine montajlanır. Karkasın tezgah üstünde kalan kısmına enerji bandı montajlanacak şekilde yapılır. Karkasta 30 cm'lik iki taraftan kullanılabilir tek raf sistemi, uygulanır 30x5x (opsiyonlu). Raflar DKP çelik malzemeden sisteme demontedir.Komple MDFLAM'dan üretilmiş taşıyıcı karkas.Özel isteğe göre üretim.
Dolaplar	18 mm. MDFLAM istenen renk seçenekleriyle komple demonte, dolap kapak kenarları 2 mm. PVC olup, kulp kısmı özel alüminyum uygun renk seçimiyle montajlıdır. Çekmecesiz dolaplarda isteğe uygun raf uygulanır. Dolap içerisindeki teleskopik raylar bulunur.
Tezgâh Üstü	<ul style="list-style-type: none">Kompakt laminat,TRESPA,G-LAB,Antiasit seramik (Epoksi Derzli)Endüstriyel seramik.
Raf Sistemi	Sac üzeri Elektrostatik Toz Boyalıdır. Tamamen demonteden imal edilmiştir. Raflar çelik konstrüksiyon olduğundan yük kaldırma direnci fazladır. Raflar istenilen renkle boyanabilir.
Evye	Paslanmaz Çelik, PP veya seramik evye.
Su tesisatı	Özel laboratuvar ortamına haiz (soğuk/sıcak su batarya).
Enerji Bantı	PVC kanal, her bir metreye iki adet topraklı priz. Opsiyonel olarak, laboratuvarlarda istenilen yerlere ayrıca bilgisayar çıkışı, telefon çıkışı, UPS çıkışı ayrıca kanal üzerinde üç prizden fazla paralel bağlantılı, kanal sonrası bağlantılar 2,5 mm. TTR tipi kablolu, kanal içinde priz tutucu gövdeler, kanal içi ve dışı 2,5 mm NYAF kablo, normlara uygun renklere göre, UPS, telefon, bilgisayar prizleri altlarında özelliklerini belirten etiketler vardır.